REF TEK SYSTEMS INC.

DATE: 2023/7/6

REF TEK 147A-01/1/H

S/N: 23138 **P/N: R-106293-01**

NORMALIZED MAGNITUDE - FREQUENCY CHARACTERISTICS

Freq. (Hz)	Horizontal
1.00	1.0002
10.00	1.0000
20.00	0.9995
30.00	0.9987
40.00	0.9978
50.00	0.9970
60.00	0.9964
70.00	0.9964
80.00	0.9973
90.00	0.9993
100.00	1.0028
120.00	1.0158
140.00	1.0376
160.00	1.0594

OUTPUT SENSITIVITY

	Horizontal
Output Sensitivity (V/g)	2.500

* g = 9.80 m/s^2

Rev H (2021-04)