REF TEK SYSTEMS INC.

DATE: 2023/7/10

REF TEK 147A-01/1/H

S/N: 23171 **P/N: R-106293-01**

NORMALIZED MAGNITUDE - FREQUENCY CHARACTERISTICS

Freq. (Hz)	Horizontal
1.00	1.0003
10.00	1.0000
20.00	0.9991
30.00	0.9978
40.00	0.9962
50.00	0.9948
60.00	0.9937
70.00	0.9933
80.00	0.9941
90.00	0.9963
100.00	1.0002
120.00	1.0144
140.00	1.0371
160.00	1.0588

OUTPUT SENSITIVITY

	Horizontal
Output Sensitivity (V/g)	2.500

* g = 9.80 m/s^2

Rev H (2021-04)